Français

Ce mode d'emploi est destiné au test de grossesse Clearblue PLUS, fourni dans un emballage individuel portant la mention « PLUS ».
Un mode d'emploi distinct correspondant au test de grossesse Clearblue DIGITAL figure au verso de cette notice. Vous devez le lire avant utilisation

Clearblue Test de grossesse PLUS

Clearblue est fiable à plus de 99 % à compter de la date prévue de vos règles.

Clearblue peut être utilisé jusqu'à quatre jours avant la date prévue de vos règles.

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'effectuer le test.

1 EFFECTUER UN TEST

Si vous effectuez le test à compter de la date prévue de vos règles, vous pouvez le faire à n'importe quel moment de la journée.
Si vous effectuez le test avant, utilisez la première urine du matin.

• Lorsque vous êtes prête à effectuer le test, retirez le bâtonnet test de sa pochette protectrice et enlevez le capuchon bleu. Utilisez le bâtonnet test immédiatement.



TESTEZ VOTRE URINE

Vous pouvez effectuer le test directement sous votre jet d'urine ou en recueillant votre urine dans un récipient propre et sec.

- Maintenez la tige de contrôle orientée vers le bas sous votre jet d'urine **ou** dans votre échantillon d'urine recueillie, comme indiqué, pendant ***cinq secondes seulement.***
- La tige de contrôle deviendra rapidement rose, ce qui indique que l'urine est en cours d'absorption. **Vous devez maintenir la tige de contrôle dans l'urine pendant cinq secondes complètes.**
- Gardez la tige de contrôle orientée vers le bas ou posez le bâtonnet test à plat jusqu'à ce que la ligne apparaisse dans la fenêtre témoin.

Vous pouvez remettre le capuchon si vous le souhaitez.



Reportez-vous à la question 5 si la tige de contrôle n'est pas complètement rose.

2 ATTENDRE DEUX MINUTES

- Une ligne bleue dans la fenêtre témoin indique que le test a bien fonctionné.
- Vous pouvez lire le résultat après ***deux minutes.***
- ***Ne lisez pas votre résultat avant que cette ligne bleue apparaisse.***
- Si aucune ligne bleue n'est apparue après ***10 minutes*** dans la fenêtre témoin, le test n'a pas bien fonctionné (*reportez-vous à la question 6*).



3 LIRE LE RÉSULTAT

Vous pouvez maintenant lire votre résultat dans la fenêtre de résultat.

ENCEINTE

Si votre résultat est « Enceinte », *reportez-vous à la question 9* de la rubrique Questions et réponses.

PAS ENCEINTE

Si votre résultat est « Pas Enceinte », *reportez-vous à la question 10* de la rubrique Questions et réponses.



IMPORTANT! Vous devez lire votre résultat au plus tard ***10 minutes*** après avoir effectué un test. Ne tenez pas compte d'éventuels changements passés ce délai.

Peu importe si l'une des lignes formant le signe « + » est plus pâle ou plus foncée que l'autre, le résultat est « Enceinte » :

Si vous n'êtes toujours pas sûre du résultat, *reportez-vous à la question 7* pour plus d'explications.

Questions et réponses : veuillez lire attentivement la rubrique au verso pour obtenir les réponses aux questions les plus fréquemment posées.

Questions et réponses

1 Quel est le degré de fiabilité de Clearblue?
Des essais en laboratoire ont montré que Clearblue est fiable à plus de 99 % lorsque le test est effectué à compter de la date prévue de vos règles.

2 Comment fonctionne Clearblue?
Lorsque vous êtes enceinte, votre organisme sécrète l'hormone de grossesse hCG (hormone gonadotrophine chorionique humaine). La concentration de l'hormone hCG dans votre organisme augmente en tout début de grossesse. Clearblue est capable de détecter des quantités infimes de cette hormone dans votre urine. La sensibilité de ce test est de 25 mUI/ml.

3 Quand effectuer le test Clearblue?
Vous pouvez utiliser Clearblue jusqu'à quatre jours avant la date prévue de vos règles. Si vous effectuez le test avant la date prévue de vos règles et obtenez le résultat « Pas Enceinte », il y a tout de même un risque que vous soyez enceinte. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour connaître les résultats des essais cliniques effectués avec Clearblue sur des échantillons prélevés en tout début de grossesse.

Test effectué en tout début de grossesse

Clearblue recommande d'effectuer le test à compter de la date prévue de vos règles. Toutefois, la concentration de l'hormone de grossesse augmente rapidement en tout début de grossesse et vous pouvez utiliser Clearblue jusqu'à quatre jours avant la date prévue de vos règles. Voici les résultats des essais cliniques effectués sur des échantillons prélevés en tout début de grossesse avec Clearblue :

Nombre de jours précédant la date prévue des règles	-1	-2	-3	-4
% d'échantillons de femmes enceintes donnant le résultat « Enceinte »	87 %	84 %	74 %	53 %

Pour déterminer la date prévue de vos règles, calculez la durée habituelle de votre cycle, c'est-à-dire le nombre de jours entre le premier jour de vos règles et la veille des règles suivantes.
- Si vos cycles sont irréguliers, tenez compte de votre cycle le plus long au cours des derniers mois avant d'effectuer le test.
- Si vous n'avez aucune idée de la date prévue de vos règles, vous pouvez effectuer le test au moins 19 jours après la date de votre dernière relation sexuelle non protégée.
- Si vous effectuez le test à compter de la date prévue de vos règles, vous pouvez le faire à n'importe quel moment de la journée. Si vous effectuez le test avant, utilisez la première urine du matin. Évitez d'ingérer une quantité trop importante de liquides avant d'effectuer le test.
- Si le résultat indique « Pas Enceinte » et si vous soupçonnez malgré tout une grossesse, *reportez-vous à la question 10*.

4 Certains médicaments ou certains états pathologiques peuvent-ils avoir une incidence sur le résultat?
- Lisez toujours la notice des médicaments que vous prenez avant d'effectuer un test.
- Les médicaments contre la stérilité contenant l'hormone hCG peuvent fausser les résultats; ces traitements sont habituellement administrés par injection et un test effectué trop peu de temps après l'injection peut donner un faux résultat « Enceinte ».
- D'autres traitements d'infertilité (comme le citrate de clomifène), les analgésiques et les contraceptifs hormonaux (p. ex. la pilule contraceptive) ne devraient pas nuire au résultat.
- Si vous avez récemment arrêté de prendre un contraceptif hormonal ou si vous prenez un traitement d'infertilité comme du citrate de clomifène, votre cycle peut être irrégulier, ce qui peut vous amener à effectuer le test trop tôt.
- Si vous avez été enceinte récemment (même si la grossesse n'a pas été menée à terme), il est possible que vous obteniez un faux résultat « Enceinte ».
- Une grossesse extra-utérine, un kyste de l'ovaire, la ménopause ou de très rares états pathologiques peuvent fausser le résultat.
- Si vous obtenez un résultat « Enceinte », il est possible que vous découvriez plus tard que vous n'êtes pas enceinte en raison d'une fausse couche pouvant survenir en tout début de grossesse.

Si vous obtenez des résultats inattendus, il est conseillé d'en parler à votre médecin.

5 J'ai utilisé le test, mais la tige de contrôle n'est pas devenue complètement rose. Que dois-je faire?
Si la tige de contrôle n'est pas devenue complètement rose, c'est que vous ne l'avez peut-être pas suffisamment imbibée d'urine. Si la ligne bleue apparaît malgré tout dans la fenêtre témoin au plus tard 10 minutes après la réalisation du test, alors le test a bien fonctionné. Si aucune ligne bleue n'apparaît dans la fenêtre témoin au plus tard 10 minutes après la réalisation du test, *reportez-vous à la question 6*.

6 J'ai utilisé le test, mais aucune ligne bleue n'est apparue dans la fenêtre témoin. Que dois-je faire?
Si aucune ligne bleue n'apparaît dans la fenêtre témoin au plus tard 10 minutes après la réalisation du test, alors le test n'a pas bien fonctionné. Cela s'est peut-être produit parce que :
- la tige de contrôle n'a pas été maintenue orientée vers le bas ou le bâtonnet test n'a pas été posé à plat après l'absorption d'urine;
- la tige de contrôle a été imbibée de trop ou trop peu d'urine. **Vous devez imbiber la tige pendant cinq secondes.**

Nous vous conseillons de refaire un test, en utilisant un nouveau bâtonnet test et en prenant soin de suivre le mode d'emploi. Si vous le souhaitez, vous pouvez recueillir un échantillon d'urine dans un récipient propre et sec et immerger uniquement la tige de contrôle du test dans l'urine pendant seulement cinq secondes.

7 Que faire si je ne suis pas sûre du résultat?
- Si une ligne bleue apparaît dans la fenêtre témoin et le signe « + » dans la fenêtre de résultat au plus tard 10 minutes après la réalisation du test, votre résultat est « Enceinte ».

L'aspect du signe « + » dans la fenêtre de résultat peut varier. Toutefois, les lignes formant le signe « + » et celle dans la fenêtre témoin doivent présenter une largeur semblable (voir images A à C).
Image A
Ce type de résultat apparaît dans le cas où vous êtes enceinte et que vous avez effectué le test plusieurs jours après la date prévue de vos règles, lorsque la concentration de l'hormone hCG est plus élevée.
Image B
Ce type de résultat n'est pas inhabituel si vous êtes enceinte et que vous effectuez le test à une date très proche ou à la date prévue de vos règles, lorsque la concentration de l'hormone hCG est encore relativement faible.
Image C
Dans ce cas aussi le résultat vous indique que vous êtes enceinte.
Si vous n'êtes toujours pas sûre du résultat, il vous est conseillé d'attendre au moins trois jours avant de refaire un test, en prenant soin de suivre le mode d'emploi.
- Si une ligne bleue apparaît dans la fenêtre témoin et le signe « - » dans la fenêtre de résultat au plus tard 10 minutes après la réalisation du test, votre résultat est « Pas Enceinte ». Si le résultat indique « Pas Enceinte », et si vous soupçonnez malgré tout une grossesse, *reportez-vous à la question 10*.

8 Pendant combien de temps le résultat reste-t-il lisible?
Le résultat reste lisible pendant 10 minutes. Passé ce délai, toute modification du résultat ne doit pas être prise en compte.

9 Mon test indique que je suis enceinte. Que dois-je faire?
Si votre test indique que vous êtes enceinte, vous devez consulter votre médecin qui pourra vous conseiller sur les étapes suivantes.

10 Mon test indique que je ne suis pas enceinte. Que dois-je faire?
Il est possible que vous ne soyez pas enceinte, que la concentration de l'hormone de grossesse ne soit pas encore assez élevée pour être détectée ou que vous ayez mal calculé la date prévue de vos règles.
- Si vous avez effectué le test avant cette date, refaites un test à la date prévue de vos règles.
- Si vous avez un retard de règles, refaites un test dans trois jours. Si vous obtenez à nouveau le résultat « Pas Enceinte » et si vous n'avez toujours pas eu vos règles, consultez votre médecin.

Nos conseillères sont joignables du lundi au vendredi, entre 08 h 30 à 17 h 00, HNE.

1-888-698-5039

Munissez-vous de votre boîte et de tout son contenu afin de nous indiquer les différents numéros de LOT. Les appels sont enregistrés pour des raisons de formation et de contrôle qualité.
Des renseignements sur les étapes à suivre après avoir effectué le test ainsi que des renseignements et des conseils d'ordre général sont disponibles sur notre site Internet :

www.clearblue.com

IVD	Dispositif médical pour diagnostic *in vitro*	LOT	Code de lot
	Limites de température 2 °C à 30 °C (36 °F à 86 °F)		

Ce produit est destiné à un usage à domicile.
Conserver à température ambiante.
Garder hors de portée des enfants.
Pour usage diagnostic in vitro uniquement.
À usage unique.
Jeter avec les déchets ménagers habituels.
Ne pas utiliser si la pochette de protection est endommagée.
Ne pas utiliser si la date de péremption du bâtonnet test est dépassée.

Santé Canada conseille aux femmes enceintes de ne pas consommer d'alcool car cela peut avoir des effets nocifs sur leur bébé en provoquant par exemple un syndrome d'alcoolisme fœtal (SAF).
Vous trouverez de plus amples renseignements sur www.hc-sc.gc.ca.

Fabricant :SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH, Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Genève, Suisse. © 2012 SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH. Tous droits réservés. Clearblue est une marque de commerce. Fabriqué en Chine.

Ce mode d'emploi est destiné au test de grossesse Clearblue DIGITAL fourni dans un emballage individuel sur lequel figure la mention « DIGITAL ».
Un mode d'emploi distinct figure au verso de cette notice du test de grossesse Clearblue PLUS. Vous devez le lire avant utilisation.

Français

Clearblue

Test de grossesse

Avec indicateur de conception

DIGITAL

Si vous effectuez le test à compter de la date prévue de vos règles, vous pouvez le faire à n'importe quel moment de la journée pour découvrir si vous êtes enceinte.
Si vous réalisez le test avant la date prévue de vos règles, utilisez la première urine du matin.
Pour obtenir le résultat le plus précis possible, utilisez la première urine du matin.
Évitez d'ingérer une quantité trop importante de liquides avant d'effectuer le test.
Veuillez lire attentivement cette notice avant d'effectuer le test.

1 Effectuer le test

Lorsque vous êtes prête à effectuer le test, retirez le bâtonnet test de sa pochette protectrice et enlevez le capuchon bleu. Utilisez le bâtonnet test immédiatement.

Durant le test, ne maintenez ***jamais*** le bâtonnet test muni de la tige absorbante orienté vers le haut.

OU
Effectuez le test sous votre jet d'urine.

- Placez simplement la tige absorbante orientée vers le bas sous votre jet d'urine ***pendant cinq secondes seulement.***
- Prenez soin de ne pas mouiller le reste du bâtonnet test.
- Vous pouvez remettre le capuchon si vous le souhaitez et poser le bâtonnet test à plat.

OU

Recueillez un échantillon d'urine dans un récipient propre et sec.

- Immergez uniquement la tige absorbante orientée vers le bas dans l'urine, comme indiqué, **pendant *20 secondes seulement.***
- Vous pouvez remettre le capuchon si vous le souhaitez et poser le bâtonnet test à plat.

2 Patienter...

- Le sablier clignote pour vous indiquer que le test est en cours.
- Votre résultat apparaît lorsque le sablier cesse de clignoter. Si le sablier n'apparaît pas après avoir effectué le test, *reportez-vous à la question 6* dans la rubrique Questions et réponses.

3 Lire votre résultat

Le test de grossesse Clearblue DIGITAL est doté d'un **indicateur de conception** qui vous fournit une estimation de la date de conception. Ces renseignements s'affichent sur l'écran en même temps que le résultat « Enceinte ».

- Le résultat apparaît à l'écran après **trois minutes.**
- Un résultat « Enceinte » peut s'afficher sur l'écran **avant** le résultat de l'estimation de la conception. **Patientez encore** jusqu'à ce que le sablier cesse de clignoter pour visualiser le résultat de l'estimation de la conception. Cela peut prendre jusqu'à trois minutes.
- Certains résultats peuvent apparaître en moins d'une minute.
- Votre résultat reste affiché à l'écran pendant 24 heures environ.
- Si votre résultat est « Enceinte », consultez votre médecin qui pourra vous conseiller sur les étapes suivantes. Votre médecin calculera le stade de votre grossesse en fonction du premier jour de vos dernières règles.
- La conception survient deux semaines environ avant le début de vos prochaines règles. L'indicateur de conception vous fournit une estimation de la date de conception.
- L'indicateur de conception est fiable à 92 %. L'estimation s'appuie sur la concentration de l'hormone de grossesse hCG (hormone gonadotrophine chorionique humaine) dans votre urine. La concentration de l'hormone hCG varie d'une femme à l'autre; c'est pourquoi l'indicateur de conception peut parfois donner des résultats erronés. Le résultat « Enceinte/Pas Enceinte » est fiable à plus de 99 % lorsque le test est effectué à compter de la date prévue de vos règles.

Erreurs de test

Veuillez lire la rubrique « Erreurs de test » si vous avez utilisé le bâtonnet test et que l'écran n'indique aucun des résultats figurant sur cette page.

Interprétation des résultats

Résultats	Nombre de semaines depuis la conception	Méthode utilisée par votre médecin pour calculer la durée de votre grossesse (en tenant compte d'un cycle de 28 jours)*
Not Pregnant Pas Enceinte	**Votre résultat indique « Pas Enceinte »,** *reportez-vous à la question 12* de la rubrique Questions et réponses.	-
Pregnant Enceinte 1-2	**Votre résultat indique « Enceinte »** et la conception remonte à une à deux semaines environ.	3 à 4 semaines
Pregnant Enceinte 2-3	**Votre résultat indique « Enceinte »** et la conception remonte à deux à trois semaines environ.	4 à 5 semaines
Pregnant Enceinte 3+	**Votre résultat indique « Enceinte »** et la conception remonte à plus de trois semaines.	5 semaines et plus

*Votre médecin calculera la durée de votre grossesse à partir du premier jour de vos dernières règles, et non à partir de la date de conception.

Questions et réponses : *veuillez lire attentivement cette rubrique pour obtenir les réponses aux questions les plus fréquemment posées.*

Clearblue

Test de grossesse DIGITAL

Avec indicateur de conception

QUESTIONS ET RÉPONSES

1 Comment fonctionne le test de grossesse Clearblue DIGITAL? Lorsque vous êtes enceinte, votre organisme sécrète l'hormone de grossesse hCG (hormone gonadotrophine chorionique humaine). La concentration de l'hormone hCG dans votre organisme augmente en tout début de grossesse. Clearblue est capable de détecter des quantités infimes de cette hormone dans votre urine. La sensibilité de ce test est de 25 mUI/ml. L'indicateur de conception vous fournit une estimation de la date de conception en fonction de la concentration de l'hormone hCG dans votre urine.

2 Quel est le degré de fiabilité du test de grossesse Clearblue DIGITAL? Des essais en laboratoire ont montré que le test de grossesse Clearblue DIGITAL est fiable à plus de 99 % pour détecter si vous êtes enceinte ou non lorsque le test est effectué à compter de la date prévue de vos règles. Si vous effectuez le test avant la date prévue de vos règles et obtenez le résultat « Pas Enceinte », il y a tout de même un risque que vous soyez enceinte. *Reportez-vous à la question 4.*

3 Quel est le degré de fiabilité de l'indicateur de conception du test Clearblue DIGITAL? L'indicateur de conception est fiable à 92 %. L'estimation s'appuie sur la concentration de l'hormone hCG dans votre urine. La concentration de l'hormone hCG varie d'une femme à l'autre; c'est pourquoi l'indicateur de conception peut parfois donner des résultats erronés. Si vous effectuez le test plus de six semaines après la conception, l'indicateur peut donner des résultats inattendus. Cela est dû au fait que la concentration de l'hormone hCG dans l'urine est trop élevée pour que le test fournisse une estimation précise de la durée écoulée depuis la conception.

4 Quand puis-je effectuer un test avec le test de grossesse Clearblue DIGITAL? Le test de grossesse Clearblue DIGITAL peut être utilisé jusqu'à quatre jours avant la date prévue de vos règles. Si vous effectuez le test avant la date prévue de vos règles et obtenez le résultat « Pas Enceinte », il y a tout de même un risque que vous soyez enceinte. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour connaître les résultats des essais cliniques effectués avec le test de grossesse Clearblue DIGITAL sur des échantillons prélevés en tout début de grossesse.

Test effectué en tout début de grossesse

Clearblue recommande d'effectuer le test à compter de la date prévue de vos règles. Toutefois, la concentration de l'hormone de grossesse augmente rapidement en tout début de grossesse et vous pouvez utiliser le test de grossesse Clearblue DIGITAL jusqu'à quatre jours avant la date prévue de vos règles. Voici les résultats des essais cliniques effectués sur des échantillons prélevés en tout début de grossesse avec le test de grossesse Clearblue DIGITAL :

Nombre de jours précédant la date prévue des règles	-1	-2	-3	-4
% d'échantillons de femmes enceintes donnant le résultat « Enceinte »	98 %	97 %	86 %	55 %

Si le résultat indique « Pas Enceinte », et si vous soupçonnez malgré tout une grossesse, *reportez-vous à la question 12.*

Pour déterminer la date prévue de vos règles, calculez la durée habituelle de votre cycle, c'est-à-dire le nombre de jours entre le premier jour de vos règles et la veille des règles suivantes.

- Si vos cycles sont irréguliers, tenez compte de votre cycle le plus long au cours des derniers mois avantd'effectuer le test.
- Si vous n'avez aucune idée de la date prévue de vosrègles, vous pouvez effectuer le test au moins 19 jours après la date de votre dernière relation sexuelle non protégée.

5 Certains médicaments ou certains états pathologiques peuvent-ils avoir une incidence sur le résultat?

- Lisez toujours la notice des médicaments que vous prenez avant d'effectuer un test.
- Les médicaments contre la stérilité contenant l'hormone hCG peuvent fausser les résultats; ces traitements sont habituellement administrés par injection et un test effectué trop peu de temps après l'injection peut donner un faux résultat « Enceinte ».
- D'autres traitements d'infertilité (comme le citrate de clomifène), les analgésiques et les contraceptifs hormonaux (p. ex. la pilule contraceptive) ne devraient pas nuire au résultat.
- Si vous avez récemment arrêté de prendre un contraceptif hormonal ou si vous prenez un traitement d'infertilité comme du citrate de clomifène, votre cycle peut être irrégulier, ce qui peut vous amener à effectuer le test trop tôt.
- Si vous avez été enceinte récemment (même si la grossesse n'a pas été menée à terme), il est possible que vous obteniez un faux résultat « Enceinte ».
- Si vous êtes en période de ménopause ou que vous vous en approchez, vous pouvez obtenir un faux résultat « Enceinte », même si vous n'êtes pas enceinte. Lors d'une étude portant sur des femmes en période de périménopause ou des femmes ménopausées qui n'étaient pas enceintes et qui ont effectué un test avec différents lots du test de grossesse Clearblue DIGITAL, une moyenne de 0,2 % des résultats indiquait « Enceinte »; cette plage variait de 0 à 0,5 % suivant les lots. Tous les résultats erronés ont été obtenus auprès de femmes âgées de plus de 50 ans.
- Une grossesse extra-utérine et des kystes de l'ovaire peuvent entraîner des résultats erronés.
- Des grossesses multiples et extra-utérines peuvent entraîner des résultats erronés lors de l'estimation de la conception.
- Une fausse couche peut survenir en tout début de grossesse. Si vous obtenez un résultat « Enceinte », il est possible que vous découvriez plus tard que vous n'êtes pas enceinte en raison d'une fausse couche. Dans ces circonstances, l'indicateur de conception peut afficher des résultats inattendus.

Si vous obtenez des résultats inattendus, il est conseillé d'en parler à votre médecin.

6 J'ai utilisé le test, mais le sablier n'est pas apparu. Qu'est-ce que cela signifie? Le test n'a pas fonctionné correctement. *Veuillez vous reporter à la rubrique Erreurs de test.*

7 J'ai utilisé le test, mais aucun résultat n'est apparu à l'écran. Qu'est-ce que ça signifie? Votre résultat doit apparaître à l'écran après trois minutes. Si aucun résultat ne s'affiche, *veuillez vous reporter à la rubrique Erreurs de test.*

8 Mon test indique que je suis enceinte. Que dois-je faire? Si votre résultat est « Enceinte », vous devez consulter votre médecin qui pourra vous conseiller sur les étapes suivantes. L'indicateur de conception vous donne uniquement une estimation de la date de conception. Votre médecin évaluera le stade de votre grossesse en fonction du premier jour de vos dernières règles. La conception survient deux semaines environ avant le début de vos prochaines règles.

9 Mon test indique que je suis enceinte, mais je ne pense pas que la date de conception affichée soit correcte. Est-ce possible? L'indicateur de conception est fiable à 92 % lorsque le test est effectué avec la première urine du matin. Certains médicaments ou certains états pathologiques peuvent avoir une incidence sur le résultat. *Reportez-vous à la question 5.*

10 J'ai effectué le test hier et le résultat indiquait que j'étais enceinte. J'ai de nouveau effectué le test aujourd'hui, et le nombre de semaines depuis la conception est inférieur au précédent d'après l'indicateur de conception. Que dois-je faire? La concentration de l'hormone hCG varie au fur et à mesure qu'elle augmente. Il est donc possible que l'indicateur de conception donne des résultats inattendus si vous effectuez le test deux jours de suite. Effectuez de nouveau le test dans cinq jours et si l'indicateur de conception continue à afficher un nombre de semaines inférieur au précédent, veuillez *vous reporter à la question 11.*

11 J'ai effectué le test il y a une semaine et le résultat indiquait que j'étais enceinte. J'ai de nouveau effectué le test, et le nombre de semaines depuis la conception est inférieur au précédent d'après l'indicateur de conception. Que dois-je faire? Si vous avez effectué le test en suivant le mode d'emploi et en utilisant la première urine du matin dans les deux cas, et que l'indicateur de conception a donné des résultats inattendus, vous devez consulter votre médecin.

12 Mon test indique que je ne suis pas enceinte. Que dois-je faire? Il est possible que vous ne soyez pas enceinte, que la concentration de l'hormone de grossesse ne soit pas encore assez élevée pour être détectée ou que vous ayez mal calculé la date prévue de vos règles.

- Si vous avez effectué le test avant cette date, refaites un test à la date prévue de vos règles.
- Si vous avez un retard de règles, refaites un test dans trois jours. Si vous obtenez à nouveau le résultat « Pas Enceinte » et si vous n'avez toujours pas eu vos règles, consultez votre médecin.

Erreurs de test

Erreur d'utilisation : une erreur s'est produite lors du test. La raison peut être la suivante :

- la tige absorbante n'a pas été maintenue orientée vers le bas ou le test n'a pas été posé à plat après l'absorption d'urine;
- la tige absorbante a été imbibée de trop ou trop peu d'urine.

Nous vous conseillons de refaire un test, en utilisant un nouveau bâtonnet test et en prenant soin de suivre le mode d'emploi.

Absence d'affichage

Le test n'a pas fonctionné comme prévu. Vous n'avez peut-être pas suivi le mode d'emploi. Vous devez effectuer un nouveau test. Veuillez suivre scrupuleusement le mode d'emploi.

ÉLIMINATION DE VOTRE TEST

Retirez la pile avant de jeter votre bâtonnet test. Jetez la pile conformément au programme de recyclage adapté. Pour retirer la pile, insérez une pièce de monnaie dans la fente au niveau de l'extrémité et tournez pour ouvrir l'arrière du bâtonnet test en le cassant. Si la pile n'est pas visible, faites glisser le porte-piles dans le sens de la flèche afin de faciliter le retrait de la pile. ***Mise en garde :*** ne démontez pas la pile, ne la rechargez pas et ne la jetez pas au feu.

Cet appareil de classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada.

Test de grossesse à domicile. À usage unique. Pour usage diagnostic *in vitro*. N'est pas destiné à un usage interne. Garder hors de portée des enfants. En cas de stockage au réfrigérateur, sortez le test et maintenez-le à température ambiante pendant 30 minutes avant de réaliser le test. Ne pas utiliser si la pochette de protection contenant le bâtonnet test est endommagée. Ne pas utiliser si la date de péremption du bâtonnet test est dépassée. Ce produit contient une pile. Jetez-la conformément à la réglementation locale. Le présent mode d'emploi s'applique au modèle numéro 790028.

Santé Canada conseille aux femmes enceintes de ne pas consommer d'alcool car cela peut avoir des effets nocifs sur leur bébé en provoquant par exemple un syndrome d'alcoolisme fœtal (SAF). Vous trouverez de plus amples renseignements sur www.hc-sc.gc.ca.

www.clearblue.com

Nos conseillères sont joignables du lundi au vendredi, entre 08 h 30 à 17 h 00, HNE.

1-888-698-5039

Munissez-vous de votre boîte et de tout son contenu afin de nous indiquer les différents numéros de LOT. Les appels sont enregistrés pour des raisons de formation et de contrôle qualité.

© 2012 SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH. Tous droits réservés.

Fabricant : SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH,
Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Genève, Suisse.
Clearblue est une marque de commerce.
Fabriqué en Chine.

IVD	Dispositif médical pour diagnostic *in vitro*	LOT	Code de lot
	Limites de température 2 °C à 30 °C (36 °F à 86 °F)		

PN 010701-10
10-2012